



Kvalitetsordernr	Q0002350	Kundnr	K001029
Utleveransnr	UTL105709	Namn	KiiltoClean AB
Artikelnr	1104	Rekvissionsnr	0000300568
Artikelbeskrivning	U-Sprit 70% 1000 ml spray	Förs.ordernr	FO103579
Referenstyp	Produktion	Förs.artikelnr	1104
Referensnr	125435	Förs.batchnr	SE10092458
Batchnr	SE10092458	Validerad av	TOBIAS ERIKSSON
		Validerad tid	2022-02-25 10:10:15

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,8840	0,8890		0,8876		Godkänd
Alcohol Strength	Tables Alcoo. Internat.	VOL-%	68,7	70,6		69,2		Godkänd
Id.A - Rel. Density	Relative Density 20dC		0,885	0,890		0,889		Godkänd
Id.B - FTIR	FTIR-Reference		0	0		0	Approved	Godkänd
Appearance (1+19)	EP		0	0		0	Clear & Colourless	Godkänd
Appearance (100%)	EP		0	0		0	Clear & Colourless	Godkänd
Acidity/Alkalinity	EP		0	0		0	Approved	Godkänd
UV-Abs 5 cm 240 nm	240 nm	ABS	0,000	0,400		0,059		Godkänd
UV-Abs 5 cm 250-260	250-260 nm	ABS	0,000	0,300		0,025		Godkänd
UV-Abs 5 cm 270-340	270-340 nm	ABS	0,000	0,100		0,011		Godkänd
UV-Abs Curve 5cm	235-340 nm		0	0		0	Smooth Curve	Godkänd
Methanol [ppm]	GC, Kemetyl 9	PPM (V/V)	0	38	<	1		Godkänd
2-Propyl Alcohol	GC, Kemetyl 9	PPM (V/V)	0	100		19		Godkänd
Acetaldehyde+Acetal	GC, Kemetyl 9	PPM (V/V)	0	10	<	2		Godkänd
Benzene	GC, Kemetyl 9	PPM (V/V)	0	2	<	1		Godkänd
Higher Alcohols	GC, Kemetyl 9	PPM (V/V)	0	10	<	6		Godkänd
Other Impurities	GC, Kemetyl 9	PPM (V/V)	0	140	<	10		Godkänd
Residue on Evap.	EP	PPM (M/V)	0	25		9		Godkänd
Conductivity	Kemetyl 13	US/CM	0,0	2,0		0,1		Godkänd
UV-Abs 1 cm 210	210 nm	ABS	0,000	0,250		0,059		Godkänd
UV-Abs 1 cm 220	220 nm	ABS	0,000	0,250		0,020		Godkänd
UV-Abs 1 cm 230	230 nm	ABS	0,000	0,130		0,004		Godkänd
UV-Abs 1 cm 240	240 nm	ABS	0,000	0,070		0,000		Godkänd
UV-Abs 1 cm 250	250 nm	ABS	0,000	0,040		0,000		Godkänd
UV-Abs 1 cm 270-350	270-350 nm	ABS	0,000	0,020		0,000		Godkänd
UV-Abs Curve 1cm	190-350 nm		0	0		0	Smooth Curve	Godkänd
Odour	Lab Reference		0	0		0	Lab Reference	Godkänd
Sterility	Ext. Analysis		0	0		0	Approved	Godkänd

Analyscertifikat



Kemetyl AB

Sida 2 / 2

den 28 februari 2022

23:10:02

Kvalitetsordernr Q0002350

Utleveransnr UTL105709

Artikelnr 1104

Artikelbeskrivning U-Sprit 70% 1000 ml spray

Referenstyp Produktion

Referensnr 125435

Batchnr SE10092458

Kundnr K001029

Namn KiiltoClean AB

Rekvissionsnr 0000300568

Förs.ordernr FO103579

Förs.artikelnr 1104

Förs.batchnr SE10092458

Validerad av TOBIAS ERIKSSON

Validerad tid 2022-02-25 10:10:15

Tester

Test	TestInstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Particles [>10um]	Ext. Analysis	PARTICLES	0	25		1		Godkänd
Particles [>25um]	Ext. Analysis	PARTICLES	0	3		0		Godkänd
Approved acc EurPh1 EP			0	0		0	Approved	Godkänd
Approved acc USP 42 USP			0	0		0	Approved	Godkänd
Shelf Life			0	0		0	2024-02-03	Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden